



**Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki 14**

Tel. centrala: (0-32) 47-614-51

e-mail: szpitalwsr@szpitalwsr.pl

www.szpitalwsr.pl

NIP 633-20-02-096

REGON 000297767



Nr postępowania: ZP 03/2023

Jastrzębie-Zdrój, dnia 09.11.2023 r.

**Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie-Zdrój**

Do uczestników postępowania

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i dostawa stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Jastrzębiu - Zdroju”.

Zamawiający - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym udziela wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawców i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 1: Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ogłoszenia ZP 03/2023 zwracamy uwagę, że opis przedmiotu zamówienia został sformułowany w taki sposób, że odnosi się do parametrów (charakterystyki) konkretnego urządzenia dostępnego na rynku, co może powodować niedopuszczenie do postępowania dostawców równoważnych konkurencyjnych rozwiązań, ze szkodą dla Zamawiającego.

Takie określenie przedmiotu zamówienia może tym samym zostać zakwestionowane jako niespełniające wymogów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności art. 16 pkt 1, zgodnie z którym zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także art. 99 ust. 4, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie cech charakteryzujących konkretne produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Zaznaczamy, że na rynku funkcjonują analogiczne, równoważne rozwiązania - takie jak (...).

Wobec powyższego, zwracamy się z wnioskiem o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby dopuścić możliwość ubiegania się o zamówienie również dla wykonawców oferujących równoważne rozwiązania, zgodne z parametrami (charakterystyką) załączoną poniżej wraz w uzasadnieniu.

Dot. Zadania nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania i uzna spełniający SWZ urządzenie o poniższych parametrach technicznych?



**Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki 14**

Tel. centrala: (0-32) 47-614-51

e-mail: szpitalwsr@szpitalwsr.pl

www.szpitalwsr.pl

NIP 633-20-02-096

REGON 000297767



Lp.	Parametr wymagany
1.	Kolorowy ekran dotykowy- 12,1 cala +/-3%
2.	Waga pacjenta w zakresie minimum 35 kg – 180 kg
3.	Wzrost pacjenta w zakresie minimum 140 cm – 210 cm
4.	Stałe poręcze dla wsparcia pacjenta – barierki od panelu sterującego bieżni aż do jej końca
5.	Ustawienia odciążenia w zakresie minimum od 0% do 100% wagi ciała pacjenta
6.	Regulacja masy ciała co 1%.
7.	Zintegrowana komora powietrzna z widokiem 360 stopni. Komora przezierna z boków, z tyłu i od przodu bieżni celem umożliwienia bezpośredniej obserwacji pacjenta.
8.	Regulowana wysokość ramy komory.
9.	Blokada ramy komory za pomocą elektrozamków
10.	Prędkość początkowa od 0,2 km/h.
11.	Prędkość do przodu do minimum 25 km/h.
12.	Prędkość do tyłu do minimum 8 km/h.
13.	Regulacja prędkości: Od 0,2 km/h do 3 km/h – co 0,1 km/h Od 3 km/h do 5 km/h – co 0,2 km/h Od 5 km/h – co 0,5 km/h
14.	Zakres stopnia nachylenia w zakresie minimum do 15%.
15.	Regulacja kąta nachylenia co 1 %
16.	Maksymalna głośność urządzenia do 68 dB
17.	Magnes bezpieczeństwa.
18.	Możliwość podpięcia do urządzenia spodenek w różnych rozmiarach (od 2XS do 5XL).
19.	Możliwość generowania raportów z sesji rehabilitacyjnej.
20.	Możliwość eksportowania danych za pomocą USB.
21.	Wbudowany system monitorowania HD.
22.	Możliwość nagrywania sesji rehabilitacyjnych.
23.	Wbudowany system analizy chodu.
24.	Pomiar symetrii obciążania kończyn.
25.	Pomiar kadencji.
26.	Pomiar symetrii czasu w fazie podporu.
27.	Pomiar symetrii długości kroku.
28.	Wartość poszczególnych parametrów chodu wyświetlana w czasie rzeczywistym.
29.	Tryb chodu nożycowego.
30.	Graficzna analiza przebiegu sesji.
31.	Gotowe programy terapeutyczne rehabilitacyjne i sportowe
32.	Interaktywne gry motywacyjne
33.	Funkcja zero gravity umożliwiająca odciążenie w zakresie minimum od 80% do 100%
34.	Napięcie zasilania 200 V do 240 V AC (impedancja sieci max. 0,20 Ω) Zaleca się zasilanie urządzenia z obwodu zasilania z osobnym wyłącznikiem. Częstotliwość 50 do 60 Hz
35.	Maksymalna moc 3200W
36.	Wyłącznik obwodu napięcia zasilania 16 amperów
37.	Waga 470 kg do 550 kg łącznie z opakowaniem i akcesoriami +/-3%



**Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Kościuszki14**

Tel. centrala: (0-32) 47-614-51

e-mail: szpitalwsr@szpitalwsr.pl

www.szpitalwsr.pl

NIP 633-20-02-096

REGON 000297767



38.

Klasa ochrony I

Odpowiedź na pytanie nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o zaproponowanych parametrach. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dopuścił zaoferowanie rozwiązań równoważnych, zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z powyższą odpowiedzią, zmianie ulega również treść załącznika nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. Opis przedmiotu zamówienia. Dokument po zmianie stanowi odrębny załącznik do niniejszego pisma.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ zostanie dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia i będzie stanowić jej integralną część.

Z poważaniem